РОСС RU.0001.510640

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске

(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Канске)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510640

(дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014)

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4, стр.1, пом.1, пом.3

Тел. (391-61) 3-26-55, 3-34-04
Факс (391-61) 3-34-04

http://fbuz24.ru
kansk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____Ерохина Г.Ф.
01.04.2022 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 01.04.2022 № 807-201

1. Наименование заявителя, адрес: Администрация Вахрушевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края 663785, Тасеевский р-н, Унжа с, Карпачева ул, 37
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода источников нецентрализованного водоснабжения
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
   3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Администрация Вахрушевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края 663785, Тасеевский р-н, Унжа с, Карпачева ул, 37
   3.2 Наименование объекта (адрес): д. Бартанас, ул. Пролетарская
   3.3 Наименование точки отбора: скважина
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л.
5. Условия отбора, доставки:
   Дата и время отбора пробы (образца): 29.03.2022 08:30
   Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 29.03.2022 10:40
   Отбор произвел (должность, ФИО): глава Маклошевич Н.Н.
   При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): -
   Тара, упаковка: бутылка ПЭТ
   Условия транспортировки: Автотранспорт
   Условия хранения: не применимо
   Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несет заказчик
   Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 29.03.2022 г.
6. Дополнительные сведения:

   Основание для отбора: Контракт № 160229/22 от 07.02.2022
   Цель исследования, основание: Производственный контроль
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№	Наименование, тип при-	Заводской	Сведения о государственной по-	Срок действия до

п\п	бора	номер	верке, №	
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	09006031	С-АШ/18-04-2022/149392831	17.04.2024
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01	0900811	С-АШ/18-04-2022/149392830	17.04.2024

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 807-201
10. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 11:00 29.03.2022
Дата начала исследования: 29.03.2022
Дата окончания исследования: 30.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Аммиак	мг/дм^3	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ"
2	Железо	мг/дм^3	**1,07 ± 0,14**	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 "Методика измерений массовой концентрации общего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой"
3	Сульфаты	мг/дм^3	41,1 ± 4,2	ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов.
4	Хлориды	мг/дм^3	89,5 ± 8,9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 (Издание 2011 г.) "Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод меркуриметрическим методом"
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм^3	2,38 ± 0,19	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом
6	Запах при 20 °С	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
7	Мутность	мг/дм^3	**4,2 ± 0,7**	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 "Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину"
8	Привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
9	Цветность	град.	**23,2 ± 3,9**	ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения цветности"
10	Нитриты	мг/дм^3	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ"
11	Нитраты	мг/дм^3	0,42 ± 0,07	ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.

Лицо ответственное за составление данного протокола: _____ (подпись)

Заведующий - врач-эпидемиолог Маленков Д.Ю.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее:
1 Результаты испытаний, приведённые в настоящем Протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
2 Протокол испытаний не должен быть воспроизведён не в полном объеме без разрешения руководителя ИЛЦ во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста.

Настоящий протокол содержит 3 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен.